

|                                 | 症例数 | 合併症件数 | 合併症詳細 |           |             |  | 転帰    |
|---------------------------------|-----|-------|-------|-----------|-------------|--|-------|
|                                 |     |       | 感染    | 血腫・出血・漿液腫 | 壊死・創部<br>離開 | その他<br>(被膜拘縮、<br>位置異常、<br>露出、疼痛<br>など) | 抜去・入替 |
| Smooth (Inspira)                | 0   | 0     | 0     | 0         | 0           | 0                                      | 0     |
| Smooth (ナトレル10.20.40)           | 2   | 0     | 0     | 0         | 0           | 0                                      | 0     |
| Textured (Biocell ナトレル410 販売停止) | 75  | 3     | 2     | 1         | 0           | 0                                      | 1     |
| Textured (Biocell ナトレル110 販売停止) | 0   | 0     | 0     | 0         | 0           | 0                                      | 0     |
| その他 (分類不可能や他社製品)                | 45  | 0     | 0     | 0         | 0           | 0                                      | 0     |

合計

122

3